



# Meldeauswertung des IAKH-Fehlerregisters

in Zusammenarbeit mit der DIVI und dem PaSOS von DGAI/BDA

Meldung über



IAKH Fehlerregister



PaSOS/PaSIS-DGAI/BDA

Thema/Titel	unbeschriftete Blutröhrchen und nachträgliche Fehl-Beschriftung
Fall-ID	04-2009-t8o5
Fallbeschreibung (wie sinngemäß gemeldet)	Im Wochenenddienst auf einer Wachstation wurden bei einem wachen Patienten Kreuzblut abgenommen in unbeschriftete Blutröhrchen, da alle Vorbereitungen für die Blutentnahme durch einen Notfall nicht gemacht worden waren. Die Röhrchen wurden nachträglich von der Zimmerschwester vom Spätdienst beschriftet und zusammen mit dem Anforderungsschein ins Blutlabor gebracht. Da die Rhesusformel nicht mehr mit den Vorbefunden übereinstimmte, forderte das Labor eine 2. Probe an, die dann korrekt abgenommen und beschriftet wurde. Die Etiketten des Zimmernachbarn waren beim ersten Mal versehentlich zum Beschriften genommen worden.
Problem	<ul style="list-style-type: none"><li>Abnahme der Blutprobe mit unbeschrifteten Blutröhrchen</li></ul>
Prozessschritt**	Abnahme -1
Wesentliche Begleitumstände	Routine, Wochentag, Int
*Risiko der Wiederholung/Wahrscheinlichkeit	2/5
*Potentielle Gefährdung/Schweregrad	5/5
Empfehlung zur Vermeidung (hilfreich könnten sein: Veränderung der Prozess- und Strukturqualität mittels Einführung /Erstellung /Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen)	<p><u>Prozessqualität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>SOP- Blutabnahme immer in vorgeklebte Blutröhrchen</li></ul> <p><u>Strukturqualität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Etikettendruck speziell für Blutprodukte und Kreuzprobe nur nach korrekter elektronischer Anforderung in Blutbank aus PDMS heraus</li><li>Evtl. zusätzliche Gegenprobe /Match von Etikettenbarcode auf Röhrchen mit Patientenarmband</li></ul>

### **\*Risikoskala:**

<b>Wiederholungsrisiko</b>		<b>Schweregrad/Gefährdung</b>	
1/5	sehr gering/sehr selten max. 1/100 000	1/5	sehr geringe akute Schädigung/ohne bleibende Beeinträchtigung
2/5	gering/selten max. 1/10 000	2/5	geringe Schädigung/wenig vorübergehende Beeinträchtigung
3/5	mittel häufig max. 1/1000	3/5	mäßige bis mittlere akute gesundheitliche Beeinträchtigung/leichte bleibende Schäden
4/5	häufig, min. 1/100	4/5	starke akute Schädigung/beträchtliche bleibende Schäden
5/5	sehr häufig, min. 1/10	5/5	Tod/schwere bleibende Schäden

### **\*\*Prozessschritte für die Verabreichung von Blutprodukten**

1. -Fehler bei der Probenabnahme,
2. -Fehler bei der Anforderung des Blutproduktes,
3. -Fehler im Labor,
4. -Fehler im Bereich der Handhabung oder Lagerung,
5. -Fehler im Bereich von Produktausgabe, Transport, oder Verabreichung
15. -Fehler bei der Patientenidentifikation